

**Найменування Замовника: Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня № 5» Сумської міської ради**

**Код ЄДРПОУ: 02000317**

**Місцезнаходження Замовника: 40007, м.Суми, вул.Марко Вовчок, 2**

**Назва предмета закупівлі: ДК 021:2015 «851400000-2 Послуги у сфері охорони здоров'я різні» (Послуги з проведення санітарно-мікробіологічних досліджень)**

**Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:**

№ з/п	Найменування послуг	Кількість послуг
1	Дослідження на збудник дифтерії з негативним результатом	10
2	Дослідження на кандиди	2
3	Дослідження на дисбактеріоз з мінімальним відділенням культур	2
4	Дослідження на дисбактеріоз з повним відділенням культур	5
5	Дослідження на патогенні ентеробактерії (кишкова група інфекцій) (з негативним результатом)	2
6	Дослідження на патогенні ентеробактерії (кишкова група інфекцій) (з позитивним результатом)	2
7	Дослідження на мікрофлору (з негативним результатом)	227
8	Дослідження на мікрофлору (з позитивним результатом)	100
9	Дослідження жовчі на гемокультуру з негативним результатом	16
10	Дослідження крові на стерильність (з негативним результатом)	15
11	Дослідження крові на стерильність (з позитивним результатом)	10
12	Чутливість до антибіотиків	117
13	Серологічні дослідження	7
14	Змиви на санітарно-показникову мікрофлору	606
15	Дослідження матеріалу на стерильність	1676
16	Дослідження повітря закритих приміщень	87
17	Дослідження на патогенний стафілокок (з негативним результатом)	985
18	Дослідження на патогенний стафілокок (з позитивним результатом)	13
	<b>Всього</b>	<b>3882</b>

**Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31 грудня 2021 року**

**Очікувана вартість предмета закупівлі - 317 067,90 грн. з ПДВ.**

Очікувана вартість передбачена річним планом закупівель на 2021 рік та формувалася шляхом моніторингу ринкових цін на продукцію.

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

*Технічні, якісні та кількісні вимоги*

*код ДК 021:2015: «851400000-2 – Послуги у сфері охорони здоров'я різні»*

*(послуги з проведення санітарно-мікробіологічних досліджень)*

№ з/п	Найменування послуг	Кількість послуг
1	Дослідження на збудник дифтерії з негативним результатом	10

2	Дослідження на кандиди	2
3	Дослідження на дисбактеріоз з мінімальним відділенням культур	2
4	Дослідження на дисбактеріоз з повним відділенням культур	5
5	Дослідження на патогенні ентеробактерії (кишкова група інфекцій) (з негативним результатом)	2
6	Дослідження на патогенні ентеробактерії (кишкова група інфекцій) (з позитивним результатом)	2
7	Дослідження на мікрофлору (з негативним результатом)	227
8	Дослідження на мікрофлору (з позитивним результатом)	100
9	Дослідження жовчі на гемокультуру з негативним результатом	16
10	Дослідження крові на стерильність (з негативним результатом)	15
11	Дослідження крові на стерильність (з позитивним результатом)	10
12	Чутливість до антибіотиків	117
13	Серологічні дослідження	7
14	Змиви на санітарно-показникову мікрофлору	606
15	Дослідження матеріалу на стерильність	1676
16	Дослідження повітря закритих приміщень	87
17	Дослідження на патогенний стафілокок (з негативним результатом)	985
18	Дослідження на патогенний стафілокок (з позитивним результатом)	13
	<b>Всього</b>	<b>3882</b>

**Обсяг послуг визначається відповідно до потреб Замовника.**

**Кількість 3882 послуг.**

**Термін надання послуг – протягом 2021 р.**

**Місце надання послуг: 40007, м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2; дослідження виконуються за місцезнаходженням закладу Виконавця.**

**Вид процедури закупівлі: відкриті торги**

UA-2021-03-05-004905-с

**Найменування Замовника: Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня № 5» Сумської міської ради**

**Код ЄДРПОУ: 02000317**

**Місцезнаходження Замовника: 40007, м.Суми, вул.Марко Вовчок, 2**

**Назва предмета закупівлі: ДК 021:2015«24450000-5 Агрохімічна продукція» (дезінфекційні засоби для гемодіалізу)**

**Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:**

№п/п	Найменування	Один.виміру	К-сть
1	Розчин для холодної дезінфекції та очищення апаратів для гемодіалізу в каністрах (1х5л) Споротал або еквівалент	шт	10
2	Розчин для гарячої хімічної дезінфекції та очищення апаратів для гемодіалізу в каністрах Цитростеріл (1х5л) або еквівалент	шт	180
3	Розчин для декальцифікації та хімічної дезінфекції апаратів для гемодіалізу та системи водоочищення (10л) Пурістерил або еквівалент	шт	2

**Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31 грудня 2021 року**

**Очікувана вартість предмета закупівлі - 389 982,20 грн. з ПДВ.**

Очікувана вартість передбачена річним планом закупівель на 2021 рік та формувалася шляхом моніторингу ринкових цін на продукцію.

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

**Медико-технічні вимоги**

1. Можливість постачання товару партіями;
2. Вироби повинні бути належним чином зареєстровані в Україні (надати копію реєстраційного посвідчення МОЗ України або декларацію відповідності або свідоцтво про реєстрацію дезінфекційних засобів СЕС України).
3. Можливість постачання мінімальної кількості;
4. Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 60%.
5. Оплата по факту постачання.

**ДК 021:2015«24450000-3 Агрохімічна продукція» (дезінфекційні засоби для гемодіалізу)**

№п/п	Найменування	Один.виміру	К-сть
1	Розчин для холодної дезінфекції та очищення апаратів для гемодіалізу в каністрах (1х5л) Споротал або еквівалент	шт	10
2	Розчин для гарячої хімічної дезінфекції та очищення апаратів для гемодіалізу в каністрах Цитростеріл (1х5л) або еквівалент	шт	180
3	Розчин для декальцифікації та хімічної дезінфекції апаратів для гемодіалізу та системи водоочищення (10л) Пурістерил або еквівалент	шт	2

**Розчин для холодної дезінфекції та очищення апаратів для гемодіалізу в каністрах (1х5л) Споротал або еквівалент**

Розчини концентрату для декальцифікації та хімічної дезінфекції апаратів для гемодіалізу серії 5008S виробництва «Фрезеніус».

Видаляє біоплівки

- Сильний очищуючий ефект
- Швидкодіючий
- Містить хлорин

**Розчин для гарячої хімічної дезінфекції та очищення апаратів для гемодіалізу в каністрах Цитростерил (1x 5 л) або еквівалент**

Розчин концентрату для декальцифікації та хімічної дезінфекції апаратів для гемодіалізу використовується для хіміко-термічного знезараження (поєднання хімічної та термічної дезінфекцій) апаратів для гемодіалізу серії 5008S виробництва «Фрезеніус».

Видалення відкладів кальцію/ магнію.

Не має запаху.

Біологічно розкладається

Активні складові з натуральних речовин

Склад:

Лимонна кислота 1-гідрат, молочна кислота, яблучна кислота, допоміжні речовини.

Використовується відповідно до інструкцій апаратів для гемодіалізу тільки при підвищених температурах.

**Розчин для холодної дезінфекції та очищення апаратів для гемодіалізу та систем водопідготовки в каністрах 10 л. типу Пурістерил або еквівалент** - є вільний від альдегідів чистячий та дезінфікуючий засіб на основі надуксусної кислоти.

Висока ефективність дезінфікування.

Підходить для всіх апаратів для гемодіалізу серії 5008S виробництва «Фрезеніус».

Біологічно розкладається на оцтову кислоту, кисень і воду.

**Вид процедури закупівлі:** відкриті торги

UA-2021-03-04-010993-с

**Найменування Замовника: Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня № 5» Сумської міської ради**

**Код ЄДРПОУ: 02000317**

**Місцезнаходження Замовника: 40007, м.Суми, вул.Марко Вовчок, 2**

**Назва предмета закупівлі: ДК 021:2015 «33160000-9 Устаткування для операційних блоків» (Набір для гінекологічних втручань, відповідний код 33160000-9, код НК 36628 Гістероскоп жорсткий)**

**Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:**

Номер №	Назва товару	Одиниця виміру	Кількість
1.	Набір для гінекологічних втручань	комплект	1

**Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31 грудня 2021 року**

**Очікувана вартість предмета закупівлі – 1 404 801,00 грн. з ПДВ.**

Очікувана вартість передбачена річним планом закупівель на 2021 рік та формувалася шляхом моніторингу ринкових цін на продукцію.

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

*На підтвердження Учасник повинен завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.*

2. Гарантійний термін – не менше 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію на апарати та 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію на оптику, світловоди та інструменти (окрім тих, що передбачені для одноразового використання та витратних матеріалів – електродів резектоскопів, силіконових клапанів та ковпачків троакарів, тощо) (надати гарантійний лист від Учасника).

3. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

*Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товара вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена копією документу (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація.*

4. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

*На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення інструктажу персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.*

5. Спроможність учасника поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника *(надати скан-копію оригіналу гарантійного листа у складі тендерної пропозиції)*.

№	Медико-технічні вимоги	Відповідність (так /ні) з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника
	<b>Набір для гінекологічних втручань:</b>	

<b>1</b>	<b>Відеокамера</b>	
1.1	Розподільча здатність не менш ніж 1920x1080 пікселів з частотою 60Гц	
1.2	Роздільна здатність: не менше ніж 1100 ТВ-ліній	
1.3	Функція балансу білого	
1.4	Відео-виходи: DVI, HDMI, VGA, BNC	
1.5	Запис відео на USB карту	
1.6	Функція Freeze або аналог	
1.7	Можливість регулювання яскравості від 0 до 20	
1.8	Можливість регулювання насиченості кольору від 0 до 20	
1.9	Можливість регулювання різкості від 0 до 10	
<b>2</b>	<b>Джерело світла</b>	
2.1	Тип лампи: LED	
2.2	Потужність LED лампи: не менше ніж 80 Вт	
2.3	Строк служби лампи не менше ніж 50 000 годин	
2.4	Кольорова температура LED лампи: не менше ніж 5700K	
<b>3.</b>	<b>Електрохірургічний апарат</b>	
3.1	Високочастотний апарат для монополярних перетинів і коагуляції, біполярної коагуляції	
3.2	Автоматичне функціональне самотестування при включенні апарату	
3.3	Підключення нейтрального електрода згідно з нормами CF	
3.4	Автоматичне спостереження за підключенням нейтрального електрода до апарату, світловий і акустичний супровід спостереження	
3.5	Автоматичне спостереження за приляганням нейтрального електрода до пацієнта	
3.6	Заземлюючий контакт	
3.7	Функція розпізнавання струмів витоку	
3.8	Функція розпізнавання короткого замикання	
3.9	Регулювання гучності для всіх режимів	
3.10	Можливість одночасного підключення двох монополярних інструментів	
3.11	Можливість одночасної активізації двох монополярних інструментів	
3.12	Можливість синхронізації з блоком аргоноплазмової коагуляції та евакуатором дима	
3.13	Інтеграція з ультразвуковими апаратами в мультифункціональну хірургічну стійку	
3.14	Наявність регулятора електричної дуги, що знижує значення вихідної потужності в залежності від тканини та її опору до необхідного мінімального значення	
3.15	Наявність програми для трансуретральної та трансвагінальної резекції, вапоризації простати, матки, сечового міхура.	
3.16	Наявність програм для гастроентерології, не менше ніж 2	
3.17	Ступінь захисту корпусу, не гірше IP 21	
3.18	Монополярний перетин, максимальна потужність не менше 300 Ватт (500 Ω)	
3.19	Монополярна коагуляція, максимальна потужність не менше 110 Ватт (75 Ω)	
3.20	Біполярна коагуляція, максимальна потужність не менше 120 Ватт	
3.21	Функція автоматичного старту в режимі біполярної коагуляції	
3.22	<b>Комплектація:</b> - Електрохірургічний коагулятор (1 шт.) - Мережевий кабель (1 шт.) - Ножний перемикач подвійний (1 шт.) - Гумовий нейтральний електрод, дорослий розмір, 250x150 мм (1 шт.) - Кабель, для гумових нейтральних електродів, довжиною не менше 4,5 м (1шт.)	
<b>4</b>	<b>Роликова помпа</b>	

4.1	Діапазон підтримуваного тиску: від не більше ніж 15 мм рт.ст. до не менше ніж 400 мм рт.ст.	
4.2	Діапазон швидкості руху рідини: не більше ніж 0.1 л/хв до не менше ніж 1 л/хв	
4.3	Співвідношення сигнал/шум: не більше ніж 50 дБ	
4.4	При включенні апарат повинен почати працювати за заданими показниками минулої процедури	
4.5	Вага приладу: не більше ніж 9 кг	
<b>5.</b>	<b>Інструменти</b>	
5.1	Ендоскоп, кут поля зору 30 градусів, діаметр не більше ніж 4,0 мм, довжина не менше ніж 302 мм (2 шт.)	
5.2	Робочий елемент, діаметр не менше ніж 19,5 Fr., довжина не більше ніж 190 мм (1 шт.)	
5.3	Обтюратор не більше ніж 12 Fr. (1 шт.)	
5.4	Жорсткі біопсійні щипці, діаметр не менше ніж 6Fr., довжина не більше ніж 340 мм (2 шт.)	
5.5	Жорсткі ножиці, діаметр не менше ніж 6Fr., довжина не більше ніж 340 мм (2 шт.)	
5.6	Клапан вхідного потоку (1 шт.)	
5.7	Клапан вихідного потоку (1 шт.)	
5.8	Ущільнюючий ковпачок (10шт.)	
5.9	Пасивний робочий елемент (1 шт.)	
5.10	Зовнішній тубус, діаметр не менше ніж 26 Fr., довжина не більше ніж 180 мм (1 шт.)	
5.11	Внутрішній тубус з обтюратор, діаметр не менше ніж 24 Fr., довжина не більше ніж 195 мм (1 шт.)	
5.12	Клапан вхідного потоку (1 шт.)	
5.13	Шнур довжина не менше 3000 мм (1 шт.)	
5.14	Ріжуча петля-електрод (3 шт.)	
5.15	Ріжуча кулька-електрод (3 шт.)	
<b>6</b>	<b>Монітор</b>	
6.1	Діагональ монітору: не менше ніж 24 дюймів	
6.2	Розподільча здатність: не менше ніж 1920 x 1080	
6.3	Яскравість: не менше ніж 300кд/м <sup>2</sup>	
6.4	Контрастність: не менше 1000:1	
6.5	Кут огляду: не менше ніж 89°	
<b>7</b>	<b>Стійка</b>	
7.1	Наявність гальм на передній парі коліс	
7.2	Кількість полиць, не менше 4	
7.3	Наявність ящика для приладдя	

**Вид процедури закупівлі: відкриті торги**

UA-2021-03-04-010413-с