

**Найменування Замовника: Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня № 5» Сумської міської ради**

**Код ЄДРПОУ:** 02000317

**Місцезнаходження Замовника:** 40007, м.Суми, вул.Марко Вовчок, 2

**Назва предмета закупівлі: ДК 021:2015 «33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (Ліжко функціональне, відповідний код 33192100-3 , код НК 34873 Меблі для лікарень механічні; ліжко функціональне з регулюванням висоти, відповідний код 33192100-3, код НК 34870 — Електричне лікарняне ліжко; тумбочка приліжкова, відповідний код 33192000-2 Меблі медичного призначення, код НК 10531 — Приліжкова шафа; шафа медична для одягу, відповідний код 33192000-2 Меблі медичного призначення, код НК 10535- Медична шафа; стіл палатний, відповідний код 33192000-2 Меблі медичного призначення, код НК 15900 – Меблі для палати пацієнта; стілець медичний, відповідний код 33192000-2 Меблі медичного призначення, код НК 34833 - Стілець загального призначення; панель приліжкова, відповідний код 33192000-2 Меблі медичного призначення, код НК 36810 - Консоль з підводами комунікацій універсальна, з настінним кріпленням)**

**Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:**

<b>азва предмета закупівлі</b>	<b>Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)</b>	<b>Кількість</b>
Ліжко функціональне	ДК 021:2015: 33192100-3 — Медичні функціональні ліжка НК 024:2019: 34873 — Меблі для лікарень механічні	10 штуки
Ліжко функціональне з регулюванням висоти	ДК 021:2015: 33192100-3 — Медичні функціональні ліжка НК 024:2019: 34870 — Електричне лікарняне ліжко	2 штуки
Тумбочка приліжкова	ДК 021:2015: 33192000-2 — Меблі медичного призначення НК 024:2019: 10531 — Приліжкова шафа	12 штуки
Шафа медична для одягу	ДК 021:2015: 33192000-2 — Меблі медичного призначення НК 024:2019: 10535 — Медична шафа	6 штуки
Стіл палатний	ДК 021:2015: 33192000-2 — Меблі медичного призначення НК 024:2019: 15900 — Меблі для палати пацієнта	6 штуки
Стілець медичний	ДК 021:2015: 33192000-2 — Меблі медичного призначення НК 024:2019: 34833 — Стілець загального призначення	6 штуки
Панель приліжкова	ДК 021:2015: 33192000-2 — Меблі медичного призначення НК 024:2019: 36810 — Консоль з підводами комунікацій універсальна, з настінним кріпленням	6 штуки

**Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:** до 31 грудня 2021 року

**Очікувана вартість предмета закупівлі – 560 000,00 грн. з ПДВ.**

Очікувана вартість передбачена річним планом закупівель на 2021 рік та формувалася шляхом моніторингу ринкових цін на продукцію.

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

**Медико-технічні вимоги  
до ліжка функціонального у кількості – 10 шт.  
(код НК 024:2019: 34873 Меблі для лікарень механічні  
Код ДК 021:2015 - 33192100-3 Медичні функціональні ліжка)**

Параметри та вимоги	Відповідність ТАК/НІ з обов'язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту
Конструкція із металевого профіля	
Всі зварні шви мають бути згідно ГОСТ 14771-76	
Фарбується методом порошкового фарбування (колір RAL 7040)	
Ложе являє собою дротяну сітку з осередками 50 мм x 50 мм, зварену внахлест з прутка Ø4 мм згідно ГОСТ 23279-85	
Основа ложе виконана з профільної труби 50 мм x25 мм x 2 мм ГОСТ 30245-2003	
Ніжки ліжка виготовлені з профільної труби 25 мм x 25 мм x 2 мм ГОСТ 8639-82	
Оснащено 4-ма самоорієнтованими колесами типу ролик гума MST003-N Ø100 мм. Два колеса обладнано гальмівною системою.	
Сітчаста металева основа для забезпечення вентиляції підматрацного простору	
Ложе складається з 4-х секцій (1-на нерухома та 3 рухомі)	
Секції ліжка мають бути виготовлені з профільної труби 20x20x2 мм ГОСТ 8639-82, 25x25x2 мм ГОСТ 8639-82, 40x20x2 мм ГОСТ 8645-68	
Регулювання рухомих секцій ліжка за допомогою 2-х гвинтових механізмів	
Кут підйому головної секції до 61°	
Кут підйому секції ніг до 55°	
Ручки гвинтового механізму складаються, щоб не виходити за габарити ліжка.	
Головна сторона ліжка обладнана фіксаторами для крапельниці Ø17 мм та опорного тримача Ø28 мм.	
Пластикові (знімні) бильця виконані в двох кольорах (білий і блакитний). Сторона для голови вище, на бильцях з боку ніг знаходиться пластикова рамка для розміщення інформаційного листа пацієнта.	
Габаритні розміри ліжка:	
Довжина – 2365 мм	
Ширина – 940 мм	
Висота – 865 мм	
Висота до рівня ложе – 480 мм	
Розмір ложе 1990x800 мм	
Допустиме навантаження - 200 кг	
Ліжко повинно комплектуватися: 4-секційним матрацом, та складними боковими огорожами	
Наповнювач матрацу-поролон	
Товщина матрацу 100 мм	
Покриття матрацу - тканина поліуретанова вологостійкістю 180 г/см	

Наявні замки - блискавки для заміни чохлів	
Розмір матрацу 1960x800x100 мм	
Алюмінієві складні бокові огороження встановлені з метою забезпечення зручності та безпеки пацієнта.	
В розкладеному стані огороження знаходяться врівень з ложе. В піднятому стані фіксуються спеціальним фіксатором.	
Габаритні розміри бокових огорожень:	
Довжина - 995 мм	
Ширина - 30 мм	
Висота – 360 мм	
Ліжко комплектується тримачем опорним, який призначений для самостійного підйому пацієнтів з порушенням функцій опорно-рухового апарату.	
Встановлюється в спеціальний стакан опорний на каркасі ліжка.	
Тримач виготовлено з металевої труби Ø 27 мм. З метою герметизації, отвір труби тримача закрито заглушкою.	
Регулювання висоти підйомної ручки проводиться за допомогою пасової стрічки.	
Для зручності пацієнта, ремінна стрічка переміщається уздовж кронштейна з обмежувачами.	
Габаритні розміри:	
Висота – 1483 мм	
Ширина від вигину – 800 мм	
Комплектується штативом , який призначений для розміщення системи внутрішньовенного вливання, в комплексі з функціональними ліжками.	
Штатив встановлюється в спеціальний стакан з металевої труби на каркасі ліжка і фіксується «кліпсою».	
Тримач флаконів виготовлений з металу (прут Ø4 мм), який оброблено захисним гальванічним покриттям.	
Стійка тримача виготовлена з металевої труби Ø 16 мм.	
Висота - 1570 мм	
Ширина - 288 мм	
Ліжко комплектується столиком над ліжковим, що представляє собою легку маневрену конструкцію, яку з легкістю можна встановити біля будь-якого ліжка.	
Збірно-зварна конструкція із ступінчастим регулюванням по висоті. Фіксація стільниці на обраній висоті проводиться за допомогою фігурного гвинта.	
Підстава на чотирьох колесах з гальмівною системою. Металеві поверхні покриті порошковою фарбою.	
Стільниця виготовлена з металопластику.	
Габаритні розміри столика:	
Довжина -550 мм	
Ширина – 410 мм	
Висота - 770-950 мм	
Готовий виріб повністю відповідає всім санітарно-гігієнічним вимогам та є стійким до будь-яких методів дезінфекції, які дозволені медичних установах	
Для зручності транспортування ліжко поставляється у розібраному вигляді	
Для безпечності транспортування , ліжко упаковане	

Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців	
Інструкція з експлуатації українською або російською мовою	
Після гарантійне обслуговування	
Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію)	
Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію)	
Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу)	
Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів.	
Виробник повинен мати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, що підтверджує відповідність виробів встановленим медичним критеріям безпеки	
Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату)	
Оов'язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об'єктивно оцінювати запропоновані учасником товари	
Рік виготовлення не раніше 2020	

**Медико-технічні вимоги**  
**до ліжка функціонального з регулюванням висоти у кількості – 2 шт.**  
**(код НК 024:2019: 34870 — Електричне лікарняне ліжко**  
**Код ДК - 33192100-3 Медичні функціональні ліжка)**

Параметри та вимоги	Відповідність ТАК/НІ з обов'язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту
Конструкція із металічного профіля	
Всі зварні шви мають бути згідно ГОСТ 14771-76	
Ліжко оснащено колесами діаметром 100 мм (D:100 мм, M12x30) з резиновим гумовим покриттям, що самоорієнтуються дозволяють розвертати ліжко на місці	
Два колеса з тормозними пристроями (D:100 мм, M12x30)	
Ложе являє собою дротяну сітку з осередками 50 мм x 50 мм, зварену внахлест з прутка 4 мм згідно ГОСТ 23279-85	
Основа ложе виконана з профільної труби 50 мм x 25 мм x 2 мм ГОСТ 30245-2003	
Ножки ліжка виготовлені з профільної труби 25 мм x 25 мм x 2 мм ГОСТ 8639-82	

Сітчаста металева основа для забезпечення вентиляції під матрацного простору	
Висота ложа над рівнем полу 482-785 мм	
Ложе складається з 2-х секцій	
Секції ліжка мають бути виготовлені з профільної труби 20x20x2 мм ГОСТ 8639-82, 25x25x2 мм ГОСТ 8639-82, 40x20x2 мм ГОСТ 8645-68	
Регулювання висоти ліжка та кута нахилу головної секції за допомогою електричного механізму	
2 електричних актуатори	
Дозволена обробка поверхонь ліжка дезінфікуючими розчинами	
Кут нахилу підголівника 0-61°	
Максимальне вантажопід'ємність не менше 180 кг	
Спинки ліжка (екрани) 2 шт виконані з якісного пластику (колір сірий з голубим). Кріплення екрану до ліжка - металеві з нержавіючої сталі	
Спинки ліжка (екрани) повинні бути з'ємними	
Каркас спинки для кріплення екранів має бути виготовлений з профільної труби 25 мм х 25 мм х 2 мм ГОСТ 8639-82	
Габаритні розміри каркасу спинки для кріплення екранів 900 мм х 425 мм	
Габаритні розміри ліжка:	
Довжина 2235мм	
Ширина 940 мм	
Висота 872мм-1172 мм	
Габаритні розміри ложа:	
Довжина 1990 мм	
Ширина 800 мм	
Для зручності транспортування ліжко поставляється у розібраному вигляді	
Упаковка ліжка забезпечує безпечність при транспортування	
Ліжко комплектується 2-секційним матрацом	
Наповнювач матрацу-поролон	
Товщина матрацу 100 мм	
Покриття матрацу - тканина поліуретанова вологостійкістю 180 г/см	
Наявні замки - блискавки для заміни чохлів	
Розмір матрацу 1960x800x100 мм	
Комплектується боковими огорожами	
Алюмінієві складні бокові огороження встановлені з метою забезпечення зручності та безпеки пацієнта.	
В розкладеному стані огороження знаходяться врівень з ложе. В піднятому стані фіксуються спеціальним фіксатором.	
Габаритні розміри бокових огорожень:	
Довжина - 995 мм	
Ширина - 30 мм	
Висота – 360 мм	
Ліжко комплектується тримачем опорним, який призначений для самостійного підйому пацієнтів з порушенням функцій опорно-рухового апарату.	
Встановлюється в спеціальний стакан опорний на каркасі ліжка.	
Тримач виготовлено з металевої труби Ø 27 мм. З метою герметизації, отвір труби тримача закрито заглушкою.	

Регулювання висоти підйомної ручки проводиться за допомогою пасової стрічки.	
Для зручності пацієнта, ремінна стрічка переміщається уздовж кронштейна з обмежувачами.	
Габаритні розміри:	
Висота – 1483 мм	
Ширина від вигину – 800 мм	
Комплектується штативом , який призначений для розміщення системи внутрішньовенного вливання, в комплексі з функціональними ліжками.	
Штатив встановлюється в спеціальний стакан з металевої труби на каркасі ліжка і фіксується «кліпсою».	
Тримач флаконів виготовлений з металу (прут Ø4 мм), який оброблено захисним гальванічним покриттям.	
Стійка тримача виготовлена з металевої труби Ø 16 мм.	
Висота - 1570 мм	
Ширина - 288 мм	
Ліжко комплектується столиком над ліжковим, що представляє собою легку маневрену конструкцію, яку з легкістю можна встановити біля будь-якого ліжка.	
Збірно-зварна конструкція із ступінчастим регулюванням по висоті. Фіксація стільниці на обраній висоті проводиться за допомогою фігурного гвинта.	
Підстава на чотирьох колесах з гальмівною системою. Металеві поверхні покриті порошковою фарбою.	
Стільниця виготовлена з металопластику.	
Габаритні розміри столика:	
Довжина -550 мм	
Ширина – 410 мм	
Висота - 770-950 мм	
Готовий виріб повністю відповідає всім санітарно-гігієнічним вимогам та є стійким до будь-яких методів дезінфекції, які дозволені медичних установах	

**Медико-технічні вимоги  
до тумбочки приліжкової у кількості – 12 шт.  
(код НК 024:2019: 10531 — Приліжкова шафа  
Код ДК 021: 2015 33192000-2 Меблі медичного призначення)**

Параметри та вимоги	Відповідність ТАК/НІ з обов'язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту
Тумбочка вироблена з алюмінієвого профілю та металокопозитних панелей.	
При виготовленні столика використовується високоякісний алюмінієвий профіль	
Алюмінієвий профіль виготовляється з високоякісного первинного сплаву алюмінію EN AW 6060/6063, це сплав з високою пластичністю, важливі показники якого підвищуються за допомогою термічної обробки, і відомий як сплав AL-Mg-Si.	

Фарбується профіль методом порошкового фарбування, колір RAL 9016	
Використання алюмінієвого профілю забезпечую гігієнічність виробу та стійкість до корозії.	
Дверцята кріпляться на рояльних петлях	
Ручки повинні мати антикорозійне захисне покриття	
Ніжки тумбочки обладнані пластиковими заглушками	
Габаритні розміри не повинні перевищувати:	
Довжина не більше 390 мм	
Ширина не більше 455 мм	
Висота не більше 800 мм	
Висота ніжок 115 мм	
Висота ніші під стільницею 150 мм	
Вага не більше 10 кг	
Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців	
Інструкція з експлуатації українською або російською мовою	
Після гарантійне обслуговування	
Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу)	
Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату)	
Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію)	
Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію)	
Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу)	
Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату)	
Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів.	
Обов'язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об'єктивно оцінювати запропоновані учасником товари.	
Рік виготовлення не раніше 2020	

**Медико-технічні вимоги**  
**до шафи медичної для одягу у кількості – 6 шт.**  
**(код НК 024:2019: 10535- Медична шафа**  
**Код ДК 021: 2015 33192000-2 Меблі медичного призначення)**

Параметри та вимоги	Відповідність ТАК/НІ з обов'язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту
Шафа являє собою металеву зварну конструкцію	
В основі шафи суцільнозварна каркасна конструкція з профільної труби 20x20x2 мм та листового металу товщиною 1 мм.	
Шафа дводверна має два окремих відділення.	
Одне відділення призначено для зберігання медичного одягу, головних уборів та взуття.	
Друге відділення для зберігання верхнього одягу медичного персоналу, обладнано рейкою, що може висуватися на 300 мм	
Шафа оснащена замком з комплектом ключів.	
Ніжки обладнано пластиковими заглушками	
Всі металеві частини, перед порошковим фарбуванням, проходять хімічну обробку, що забезпечує антикорозійну стійкість виробу.	
Шафа пофарбована методом порошкового фарбування.	
Дозволено використовувати всі види засобів для дезінфекції, згідно з регламентом в медичних закладах.	
Габаритні розміри:	
Ширина – 774 мм	
Довжина - 385 мм	
Висота - 1800 мм	
Шафа поставляється в зібраному вигляді та повністю готовою до експлуатації	
Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців	
Інструкція з експлуатації українською або російською мовою (надати копію)	
Післягарантійне обслуговування	
Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію)	
Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію)	
Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу)	
Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату)	
Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів.	
Обов'язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об'єктивно оцінювати запропоновані учасником товари.	
Рік виготовлення не раніше 2020	



**Медико-технічні вимоги**  
**до стола палатного у кількості – 6 шт.**  
**(код НК 024:2019: 15900 – Меблі для палати пацієнта)**  
**Код ДК 021: 2015 33192000-2 Меблі медичного призначення)**

Параметри та вимоги	Відповідність ТАК/НІ з обов'язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту
Використовується для розміщення в палатах медичних закладів.	
Суцільнозварна конструкція	
Каркас виготовлено з профільної труби 25x25 мм	
Стोलешниця виготовлена з фарбованого листового металу товщиною 1 мм	
Ніжки столика обладнані пластиковими заглушками	
Всі металеві частини фарбуються методом порошкового фарбування	
Метал, перед фарбуванням проходить цикл хімічної обробки, що робить виріб стійким до корозії і більш довговічним в експлуатації.	
Дозволено використовувати всі види засобів для дезінфекції, згідно з регламентом в медичних закладах.	
Габаритні розміри:	
Ширина 750 мм	
Довжина 1130 мм	
Висота 700 мм	
Вага не більше 15 кг	
Готовий виріб повністю відповідає всім санітарно-гігієнічним вимогам та є стійким до будь-яких методів дезінфекції, які дозволені медичних установах.	
Стіл поставляється в зібраному вигляді та повністю готовим до експлуатації	
Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців.	
Інструкція з експлуатації українською або російською мовою.	
Післягарантійне обслуговування.	
Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Виробництво меблів медичних», код ДКПП 32.50.30-50.00 «Виробництво меблів медичних спеціальних» код ДКПП 32.50.30-50.99 (надати копію)	
Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Виробництво меблів медичних», код ДКПП 32.50.30-50.00 «Виробництво меблів медичних спеціальних» код ДКПП 32.50.30-50.99 (надати копію)	
Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу)	
Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату)	

Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів.	
Обов'язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об'єктивно оцінювати запропоновані учасником товари.	
Рік виготовлення не раніше 2020	

**Медико-технічні вимоги**  
**до стільця медичного у кількості – 6 шт.**  
**(код НК 024:2019: 34833 - Стілець загального призначення**  
**Код ДК 021: 2015 33192000-2 Меблі медичного призначення)**

Параметри та вимоги	Відповідність ТАК/НІ з обов'язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту
М'який елемент - антибактеріальний безшовне покриття	
Регулювання висоти системою "газліфт" min 400 мм max 520 мм (по рівню сидіння)	
Конструкція представляє собою одноопорний 5-ти променевої каркас на колесах	
Колеса Ø 50 мм	
М'який елемент сидіння Ø 390 мм	
Матеріал основи - надміцний пластик	
Регулювання спинки та фіксація в вибраному положенні фігурним гвинтом	
Доступні в голубому та зеленому кольорах	
Габаритні розміри:	
Висота 900 мм	
Ширина 500 мм	
Довжина 500 мм	
Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців	
Інструкція з експлуатації українською або російською мовою (надати копію).	
Післягарантійне обслуговування	
Дозволено використовувати всі види засобів для дезінфекції, згідно з регламентом в медичних закладах.	
Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Виробництво меблів медичних», код ДКПП 32.50.30-50.00 «Виробництво меблів медичних спеціальних» код ДКПП 32.50.30-50.99 (надати копію)	
Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Виробництво меблів медичних», код ДКПП 32.50.30-50.00 «Виробництво меблів медичних спеціальних» код ДКПП 32.50.30-50.99 (надати копію)	
Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу)	
Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату)	
Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів.	

Оов'язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об'єктивно оцінювати запропоновані учасником товари.	
Рік виготовлення не раніше 2020	

**Медико-технічні вимоги**  
**до панелі приліжкової у кількості – 6 шт.**  
*(код НК 024:2019: 36810 - Консоль з підводами комунікацій універсальна, з настінним кріпленням*  
**Код ДК 021: 2015 33192000-2 Меблі медичного призначення)**

Параметри та вимоги	Відповідність ТАК/НІ з обов'язковим посиленням на відповідну сторінку інструкції або паспорту
Використовуються в медичних закладах, де є необхідність одночасного доступу до ряду електричних, телекомунікаційних точок та розеток медичного газу.	
Розрахована на 2 ліжко-місця	
Корпус виготовлений з алюмінієвого профілю сірого кольору та металокомпозиту сріблястого кольору	
Панель двосекційна	
Бокові пластикові заглушки сірого кольору	
Газові розетки розміщені в окремій секції	
2 кисневі розетки	
Панель обладнано 8 електричними розетками	
Вимикач для підсвітки білого кольору	
Електричні розетки та вимикач	
Наявність підсвітки	
Підсвітка являє собою світлодіодну стрічку розміщену всередині спеціального профілю	
Навантаження на блок 4 розеток – не менше 2 КВт	
Всі газові розетки мають стандарт DIN та відповідні маркування	
Газові розетки	
Панель повинна мати вбудовану електро- та газорозводку	
Настінне кріплення панелі	
Довжина не більше 1500 мм	
Глибина не більше 85мм	
Висота не більше 235 мм	
Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено « проектування та розроблення, виробництва, реалізації та обслуговування панелей та консолей для підведення медичних газів і електрики «Медфлоу», код ДКПП 32.50.21-80.00 (надати копію)	
Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено « проектування та розроблення, виробництва, реалізації та обслуговування панелей та консолей для підведення медичних газів і електрики «Медфлоу», код ДКПП 32.50.21-80.00 (надати копію)	
Наявність у учасника гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання товарів (надати оригінал відповідного документу).	

Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату).	
Рік виготовлення товарів не раніше 2021	
Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів (надати копію).	
Сертифікат про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів (надати копію).	
Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців	
Наявність післягарантійного обслуговування	
Відповідність матеріально-технічних вимог предмету закупівлі запропонованим товарам (учасник надає заповнену таблицю з обов'язковим посиланням на відповідну сторінку паспорту або інструкції з експлуатації).	

**Вид процедури закупівлі: Відкриті торги**

UA-2021-04-19-006993-a