

Найменування Замовника: Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня № 5» Сумської міської ради

Код ЄДРПОУ: 02000317

Місцезнаходження Замовника: 40007, м.Суми, вул.Марко Вовчок, 2

Назва предмета закупівлі: ДК 021:2015 «33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму» (Слуховий апарат для компенсації середніх втрат слуху, НК 024:2019 43018 – Завушний слуховий апарат повітряної провідності, відповідний код 33185000-0 Слухові апарати; Слуховий апарат для компенсації тяжких втрат слуху, НК 024:2019 43018 – Завушний слуховий апарат повітряної провідності, відповідний код 33185000-0 Слухові апарати)

Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

№ з/п	Найменування	Один. виміру	Кількість
1	Слуховий апарат для компенсації середніх втрат слуху	Шт.	60
2	Слуховий апарат для компенсації тяжких втрат слуху	Шт.	12

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31 грудня 2021 року

Очікувана вартість предмета закупівлі – 200 000,00 грн. з ПДВ.

Очікувана вартість передбачена річним планом закупівель на 2021 рік та формувалася шляхом моніторингу ринкових цін на продукцію.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

1. Апарат слуховий для компенсації середніх втрат слуху згідно медико-технічних вимог.

№ з/п	Назва вимоги	Значення вимоги, що вимагається Замовником	Відповідність ("Так"/"Ні", з обов'язковим зазначенням найменування файлу та № сторінки файлу тендерної пропозиції, на якій міститься інформація про відповідність вимозі)
1	Кількість слухових апаратів, шт.	60	
2	Термін виготовлення слухових апаратів, не раніше	2020	
3	Наявність неоперативного регулювання високих частот (тример HC)	Так	
4	Наявність неоперативного регулювання низьких частот (тример LC)	Так	
5	Вихідний рівень (ВРЗТ90), дБ (пікове значення)	138±3дБ (IEC 118-0)	
6	Вихідний рівень (ВРЗТ90), дБ (середнє значення), не менше	≥137 дБ (IEC 118-0)	

7	Повне підсилення (РЗТ 50), пікове, дБ, не менше	67 дБ (IEC 118-0)	
8	Еквівалентний рівень шуму, дБ не більше	≤20 (IEC 118-0)	
9	Частотний діапазон – нижній ліміт, Гц, не більше	≤100 (IEC 118-0)	
10	Частотний діапазон – верхній ліміт, Гц, не менше	≥ 6000 (IEC 118-0)	
11	Типорозмір елемента живлення	13	
12	Гармонійні викривлення		
	500 Гц (вхід 70 дБ РЗТ, %) не більше	≤2,1(IEC 118-0)	
	800 Гц (вхід 70 дБ РЗТ, %) не більше	≤0,4(IEC 118-0)	
	1600 Гц (вхід 65 дБ РЗТ, %) не більше	≤0,4(IEC 118-0)	
13	Струм споживання, - не більше, мА	≤0.63 (IEC 118-0)	
14	Тривалість роботи батарейки (1000Гц, 65 дБ), години, не менше	≥570	
15	Наявність ротаційного регулятора гучності	Так	
16	Термін гарантійного обслуговування	не менше 12 місяців	
17	Комплект поставки: -Стандартні вушні вкладки -Слуховий апарат -Повітряно-цинкові батарейки -Інструкція з експлуатації -Гарантійний талон	1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт.	

2. Апарат слуховий для компенсації тяжких втрат слуху згідно медико-технічних вимог.

№ з/п	Назва вимоги	Значення вимоги, що вимагається Замовником	Відповідність ("Так"/"Ні", з обов'язковим зазначенням найменування файлу та № сторінки файлу тендерної пропозиції, на якій міститься інформація про відповідність вимозі
1	Кількість слухових апаратів, шт.	12	
2	Термін виготовлення слухових апаратів, не раніше	2020	
3	Мікрофон	Різнострамований	
4	Вихідний рівень (ВРЗТ90), дБ (пікове значення)	139±3дБ	
5	Вихідний рівень (ВРЗТ90), дБ (середнє значення 1000,1600,2500Гц), не менше	≥135 дБ	
6	Повне підсилення (РЗТ 50), середнє значення 1000,1600,2500Гц), не менше	63дБ	
7	Повне підсилення (РЗТ 50), пікове, дБ, не менше	69дБ	
8	Еквівалентний рівень шуму, дБ РЗТ не більше	8 (IEC 118-0)	
9	Частотний діапазон – нижній ліміт, Гц, не більше	≤100 (IEC 118-0)	
10	Частотний діапазон – верхній ліміт, Гц, не менше	≥ 6000 (IEC 118-0)	
11	Типорозмір елемента живлення	13	
12	Гармонійні викривлення		
	500 Гц (вхід 70 дБ РЗТ, %) не більше	≤1,1(IEC 118-0)	
	800 Гц (вхід 70 дБ РЗТ, %) не більше	≤0,5(IEC 118-0)	
	1600 Гц (вхід 65 дБ РЗТ, %) не більше	≤0,5(IEC 118-0)	
13	Струм споживання, - не більше, мА	≤0.62(IEC 118-0)	
14	Тривалість роботи батарейки (1000Гц, 65 дБ), години, не менше	≥462	
15	Наявність ротаційного регулятора гучності	Так	
16	Наявність неоперативного регулювання високих частот (тример НС)	Так	
17	Наявність неоперативного регулювання низьких частот (тример LC)	Так	

18	Наявність неоперативного регулювання обмеження вихідного РЗТ (тример МРО)	Так	
19	Термін гарантійного обслуговування	не менше 12 місяців	
20	Комплект поставки: -Стандартні вушні вкладки -Слуховий апарат -Повітряно-цинкові батарейки -Інструкція з експлуатації -Гарантійний талон	1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт.	

Вид процедури закупівлі: Відкриті торги

UA-2021-04-21-008442-c